

Mode Opérateur Lycée

Mise à disposition boîte de 25 tests - Dérogation CE

Ce test est **strictement réservé à une utilisation au sein des établissements scolaires** dans le cadre de la dérogation au marquage CE autorisée par l'ANSM.

1. **Lavage des mains avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains** (adulte en charge de la supervision de l'opération de test & élèves)

2. **Distribution à chaque élève :**

- 1 mode d'emploi (notice) recto verso incluant également le guide de référence rapide au verso



- 1 dispositif d'analyse (SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal) emballé individuellement dans un sachet d'emballage contenant un sachet dessiccant*

** après avoir vérifié l'indicateur d'état du dessiccant, l'élève remettra le sachet dessiccant dans le sachet d'emballage*



Indicateur d'état du dessiccant :



- 1 tube contenant le tampon d'extraction



- 1 écouvillon stérile



- 1 bouchon canule



3. **Avant la réalisation du test, lecture attentivement des instructions de la notice / guide de référence rapide et / ou visionnage de la vidéo de démonstration par les élèves :**

<https://diagnostics.roche.com/fr>




ATTENTION!

- L'indicateur d'état du dessiccant doit être jaune. Si le sachet de dessiccant contient des perles vertes le dispositif de test ne doit pas être utilisé.
- Le masque n'est baissé sous le nez par les élèves qu'au moment de la réalisation de l'auto-prélèvement et remis en place immédiatement après celui-ci
- Le résultat du test ne doit pas être lu avant 15 minutes et pas au-delà de 30 minutes.

Un dispositif est prévu pour permettre à tous les élèves de mesurer l'écoulement du temps. L'heure à laquelle le prélèvement est déposé sur le dispositif d'analyse est notée afin d'identifier l'heure à partir de laquelle le résultat sera visible.

Indicateur d'état du dessiccant :



4. Conduire à tenir en fonction des résultats du test :



5. Gestion des déchets :

Éléments ayant servi à la réalisation du test :

Elèves :

- Jetez les éléments du kit dans un sac plastique que l'adulte en charge de la supervision du test met à disposition pour éviter toute contamination. Pour les tests positifs, les éléments du kit devront être jetés dans un sac séparé.

Adulte en charge de la supervision :

- Fermez les sacs et placez-les dans un deuxième sac plastique.
- Jetez le sac contenant le matériel des tests négatifs, non utilisés ou invalides dans les poubelles mises à disposition par l'établissement scolaire. Conservez le sac contenant le matériel des tests positifs 24 heures avant de le jeter avec les ordures ménagères ou jetez-le immédiatement dans une poubelle spécifique aux DASRI

Tout le monde :

- Nettoyez et débarrassez les surfaces utilisées pour la réalisation du test
- Lavez-vous les mains (avec de l'eau et du savon ou avec un désinfectant pour les mains).

Éléments supplémentaires contenu dans la boîte de 25 tests non nécessaires à la réalisation du test :

Adulte en charge de la supervision :

Les éléments suivants doivent être jetés chacun de leur filière de tri respectif :

- Mode d'emploi et Guide de référence rapide
- Rack pour tubes de tampon
- Contrôles positif et négatif (ne pas ouvrir ces emballages et à jeter dans le même sac que les tests positifs)



